

Instalación:



(1.) Color el extremo inferior de la pata de apoyo en la base del articulador.



(2.) Girar la pata de apoyo hacia el gancho o unirlo al apoyo vertical del articulador.

Para Remover:




(3.) Colocar los pulgares en los ganchos de retención.



(4.) Empujar los ganchos lateralmente y hacia atrás para removerlos.

Uso:



(5.) Las patas pueden apoyar el articulador 45° grados hacia atrás para consultas del paciente y para procedimientos fotográficos.



(6.) Abrir el bastidor superior para apoyarlo en el perno de apoyo para facilitar procedimientos de laboratorio.

Instalación:



(1.) Color el extremo inferior de la pata de apoyo en la base del articulador.



(2.) Girar la pata de apoyo hacia el gancho o unirlo al apoyo vertical del articulador.

Para Remover:



(3.) Colocar los pulgares en los ganchos de retención.



(4.) Empujar los ganchos lateralmente y hacia atrás para removerlos.

Uso:



(5.) Las patas pueden apoyar el articulador 45° grados hacia atrás para consultas del paciente y para procedimientos fotográficos.



(6.) Abrir el bastidor superior para apoyarlo en el perno de apoyo para facilitar procedimientos de laboratorio.