

**Zur Montage:**



(1). Platzieren Sie das untere Ende des Stützfußes am Fuß des Artikulators.



(2). Drehen Sie den Stützfuß nach oben zum Halter oder befestigen Sie ihn an der vertikalen Stütze des Artikulators.

**Zum Entfernen:**




(3). Platzieren Sie die Daumen auf den Haltefedern.




(4). Drücken Sie die Halter seitlich und nach hinten, um sie zu entfernen.

**Zur Verwendung:**



(5). Die Füße stützen den Artikulator nach hinten 45 ° Grad für Patientenberatungen und Fotografie-Verfahren.



(6). Öffnen Sie den oberen Rahmen nach hinten, sodass er durch den Stützstift abgestützt wird, um die Laborverfahren zu erleichtern.

**Zur Montage:**



(1). Platzieren Sie das untere Ende des Stützfußes am Fuß des Artikulators.



(2). Drehen Sie den Stützfuß nach oben zum Halter oder befestigen Sie ihn an der vertikalen Stütze des Artikulators.

**Zum Entfernen:**




(3). Platzieren Sie die Daumen auf den Haltefedern.




(4). Drücken Sie die Halter seitlich und nach hinten, um sie zu entfernen.

**Zur Verwendung:**



(5). Die Füße stützen den Artikulator nach hinten 45 ° Grad für Patientenberatungen und Fotografie-Verfahren.



(6). Öffnen Sie den oberen Rahmen nach hinten, sodass er durch den Stützstift abgestützt wird, um die Laborverfahren zu erleichtern.