

Installazione:



(1.) Collocare la parte inferiore della gamba di supporto sulla base dell'articolatore.



(2.) Ruotare la gamba di supporto verso l'alto fino all'incastro con la clip dedicata, o fissarla al supporto verticale dell'articolatore.

Rimozione:



(3.) Posizionare i pollici sulle clip di ritenzione.



(4.) Per rimuovere la gamba di supporto, spingere le clip prima lateralmente e quindi indietro.

Utilizzo:



(5.) Le gambe manterranno l'articolatore inclinato posteriormente di 45° per i consulti con i pazienti e lo scatto di fotografie.



(6.) Per facilitare le procedure di laboratorio, assicurarsi che la branca superiore, al momento dell'apertura, poggia sul perno di supporto.

Installazione:



(1.) Collocare la parte inferiore della gamba di supporto sulla base dell'articolatore.



(2.) Ruotare la gamba di supporto verso l'alto fino all'incastro con la clip dedicata, o fissarla al supporto verticale dell'articolatore.

Rimozione:



(3.) Posizionare i pollici sulle clip di ritenzione.



(4.) Per rimuovere la gamba di supporto, spingere le clip prima lateralmente e quindi indietro.

Utilizzo:



(5.) Le gambe manterranno l'articolatore inclinato posteriormente di 45° per i consulti con i pazienti e lo scatto di fotografie.



(6.) Per facilitare le procedure di laboratorio, assicurarsi che la branca superiore, al momento dell'apertura, poggia sul perno di supporto.